

2019年 5月吉日
No.19-01-2

株式会社日本点眼薬研究所
名古屋市南区西桜町76番地

クイック チェイサー[®]Adeno 眼 等 付属品変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「クイック チェイサー[®]Adeno 眼」「クイック チェイサー[®]Auto Adeno 眼」につきまして、下記事項を変更いたしますのでご案内申し上げます。変更後しばらくの間、変更のお知らせ文書を製品に同封いたします。

当分の間は、新旧製品が流通しご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

<変更内容>

- 付属品にチャック付き袋（10枚）を追加いたします。
- 外装の記載を一部変更いたします（チャック付き袋の追加）。
- 添付文書の記載を一部変更いたします。

チャック付き袋(寸法)



チャック付き袋
(実物写真)



チャック付き袋
(10枚入り梱包状態)



<廃棄上の注意>

- 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

裏面もご参照ください。

外装背面デザイン

変更前		変更後	
クイック チェイサー Adeno 眼	<p>アデノウイルスキット クイック チェイサー® Adeno 眼 10回用</p> <p>構成試薬及び成分</p> <p>1) テストプレート……………10テスト ・マウスモノクローナル抗ヒトアデノウイルス抗体 ・マウスモノクローナル抗ヒトアデノウイルス抗体結合金コロイド</p> <p>2) 抽出液……………0.6mL×10本 ・界面活性剤を含む緩衝液</p> <p>付 属 品</p> <p>1) 検体採取具 (結膜滲出液用)……………10本 2) スタンド (抽出液用)……………1個 3) フィルター (抽出液用)……………10個 4) 青色キャップ (抽出液の一時保管用)……………10個 5) ネームシール……………1シート</p>	→	<p>アデノウイルスキット クイック チェイサー® Adeno 眼 10回用</p> <p>構成試薬及び成分</p> <p>1) テストプレート……………10テスト ・マウスモノクローナル抗ヒトアデノウイルス抗体 ・マウスモノクローナル抗ヒトアデノウイルス抗体結合金コロイド</p> <p>2) 抽出液……………0.6mL×10本 ・界面活性剤を含む緩衝液</p> <p>付 属 品</p> <p>1) 検体採取具 (結膜滲出液用)……………10本 2) スタンド (抽出液用)……………1個 3) フィルター (抽出液用)……………10個 4) 青色キャップ (抽出液の一時保管用)……………10個 5) ネームシール……………1シート 6) チャック付き袋……………10枚</p>
	クイック チェイサー Auto Adeno 眼		<p>アデノウイルスキット クイック チェイサー® Auto Adeno 眼 10回用</p> <p>構成試薬及び成分</p> <p>1) テストプレート……………10テスト ・マウスモノクローナル抗ヒトアデノウイルス抗体 ・マウスモノクローナル抗ヒトアデノウイルス抗体結合金コロイド ・抗体アミンモニウム塩</p> <p>2) 抽出液……………0.6mL×10本 ・界面活性剤を含む緩衝液</p> <p>付 属 品</p> <p>1) 検体採取具 (結膜滲出液用)……………10本 2) スタンド (抽出液用)……………1個 3) フィルター (抽出液用)……………10個 4) 青色キャップ (抽出液の一時保管用)……………10個 5) ネームシール……………1シート</p>

添付文書(クイック チェイサーAdeno 眼、クイック チェイサー Auto Adeno 眼共通)

変更前	変更後
<p>・付属品</p> <p>検体採取具(結膜滲出液用)……………10本 スタンド(抽出液用)……………1個 フィルター(抽出液用)……………10個 青色キャップ(抽出液の一時保管用)……………10個 ネームシール……………1シート</p>	<p>・付属品</p> <p>検体採取具(結膜滲出液用)……………10本 スタンド(抽出液用)……………1個 フィルター(抽出液用)……………10個 青色キャップ(抽出液の一時保管用)……………10個 ネームシール……………1シート チャック付き袋……………10枚</p>

<変更品出荷予定時期>

出荷時期につきましては、下記のとおり予定しておりますが、流通在庫の関係から前後することもございます。何卒ご了承願います。

販売名	包装	統一商品コード	GS1-RSSコード	製造番号(使用期限)	出荷予定時期
クイック チェイサー® Adeno 眼	10回用	421-602111	(01) 04987421 602111	L18F01 (2020年11月)	2019年 6月中旬
クイック チェイサー® Auto Adeno 眼	10回用	421-603101	(01) 04987421 603101	L19301 (2021年2月)	2019年 6月中旬

以上